



XSIN - XSE UG07







Montagebleche für FLASH als Beispiel für den XFEL





XSIN Eingangslabyrinth zum XTIN1.

Links oben: Interlocktür X04 (fehlt noch) Rechts daneben: vorgesehener Platz für Interlock-Montagebleche

Zugangslabyrinth: Lautsprecher (ca. 4Stk), Not-Aus-Schalter (1 Stk mittig Stirnseite), Blinkwarnlampe

Unten Mitte: Interlocktür X05



XTIN 1: Not-Aus-Schalter 3 Stk **Strahlseite** und 3Stk **Gangseite**
 Lautsprecher, alle 7m, ca. 8Stk **Gangseite**
 Blinkwarnlampen ca. 3 Stk **Gangseite**
 Magentwarntableaus 3 Stk **Strahlseite**



Petra Tunnel: Beispiel für Lautsprecher und Not-Aus-Schalter



Interlocktür X11 für Zugang XTIN1



Zugang Labyrinth- Interlocktür X12 fehlt noch



Vorgesehener Platz für Montagebleche für X11 und X12



Medienschacht XSIN: Interlockgebiet UG04 bis UG07:

Pro Etage ein Not-Aus-Schalter, eine Blinkwarnlampe und zwei Lautsprecher (vertikal versetzt zueinander)